

AipBest 全血基因组 DNA 中量提取试剂盒(溶液型)

AipBest Whole Blood Genomic DNA Rapid Midi Kit(Solution Type)

使用说明书

◆目录号：BE301

目录编号	包装单位
BE301-01	20次×3mL
BE301-02	50次×3mL

◆试剂盒组成、储存、稳定性：

试剂盒组成	保存	20 次×3mL (BE301-01)	50 次×3mL (BE301-02)
10×红细胞裂解液	室温	20mL	45mL
细胞核裂解液	室温	60mL	150mL
蛋白沉淀液	室温	20mL	50mL
DNA 溶解液	室温	10mL	20mL

◆适用范围：适用于快速提取各种动物全血基因组DNA。

◆产品储存：本试剂盒在室温储存 18 个月不影响使用效果。

◆储存事项：

1. 环境温度低时细胞核裂解液中某些去污剂成份会析出出现浑浊或者沉淀，可在 37℃水浴加热几分钟，即可恢复澄清，不要剧烈摇晃，以免形成过量的泡沫。
2. 蛋白沉淀液可能出现析出和沉淀，可以在 37℃水浴几分钟帮助重新溶解，如果不能完全溶解，也不影响使用效果，直接取用上层溶液即可。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

◆产品介绍：本试剂盒根据全血特点采用几个快速步骤提取基因组 DNA。首先红细胞裂解液裂解去除不含 DNA 的红细胞，细胞核裂解液裂解白细胞释放出基因组 DNA，然后蛋白沉淀液选择性沉淀去除蛋白，最后纯净的基因组 DNA 通过异丙醇沉淀并重溶解于 DNA 溶解液。

◆产品特点：

1. 从十几个配方中优选出的红细胞裂解液配方，裂解快速完全。

2. 操作安全，不需要使用有毒的苯酚等试剂。
3. 快速简捷，单个样品操作一般可在 1 小时内完成。
4. 结果稳定，产量高(典型的产量 3mL 全血可提取出 50-150 μ g)，OD₂₆₀/OD₂₈₀ 典型的比值达 1.7~1.9，长度可达 50kb-150kb，可直接用于构建文库、PCR、Southern-blot 和各种酶切反应。

◆**注意事项:**

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到 2,500xg，并配备容纳 15mL 离心管转头的传统台式离心机。
2. 用户需自备异丙醇和 70% 乙醇。
3. 典型的产量 3mL 全血可提取出 75-150 μ g 基因组 DNA(不同样品尤其疾病样品中中白细胞数量差异可能非常大，因此产量的个体差异也可能非常大)。
4. 本试剂盒为溶液型，可以很容易的按照比例扩大或者缩小每次处理的全血量 (20 μ L-10mL)，请联系我们索取其它处理量的操作手册。
5. 本试剂盒可运用于多种抗凝剂的全血，如 EDTA、柠檬酸、肝素抗凝血。其中由于肝素抗凝血的白细胞沉淀团很难打散重悬，影响裂解效果，建议选用非肝素的抗凝剂收集血液标本。
6. 为了最佳效果，最好使用新鲜血液标本或者 4 $^{\circ}$ C 存放小于 3 天的标本，不要使用反复冻融超过 3 次的标本，否则会严重降低产量。
7. 对于每个样品提取血量大或者用量大的客户，可以和我们联系，我们另有专门准备有优惠的大包装试剂。

◆**操作步骤(实验前请先阅读注意事项):**

1. 吸取 9mL 1x 红细胞裂解液到一个 15mL 离心管。
注: 使用前应该用去离子水将 10x 红细胞裂解液稀释 10 倍到 1 倍。
2. 将抗凝全血(使用前回复到室温)颠倒混匀后，吸取 3mL 加到上步装有红细胞裂解液离心管中，颠倒 6-8 次，并倒置轻弹管壁，确保充分混匀。
3. 室温放置 10 分钟(期间应该颠倒轻弹混匀数次帮助裂解红细胞)。
4. 2,500xg 离心 2 分钟，倒弃红色上清，并小心的尽可能多的吸弃上清(注意不要吸到管底的细胞团)，留下完整的管底白细胞团和大约 50 μ L 的残留上清。
注: 离心后在管底应该见到白色的白细胞团，也可能有一些红细胞残片和白细胞团在一起，但是如果看到的是大部分的红色细胞团，说明红细胞裂解很不充分，应该再加入适量红细胞裂解液重悬细胞团后重复步骤 3，4。
5. 涡旋振荡直到白细胞团充分重悬、分散。
注: 白细胞的重悬分散对下一步裂解非常重要，白细胞未打散就加入裂解液，会导

致白细胞不能充分裂解，形成肉眼可见团块。

- 加入 3mL 细胞核裂解液到重悬的白细胞，上下吹打裂解白细胞，或者剧烈涡旋 10 秒帮助裂解白细胞。
- 可选步骤** 在裂解物中加入 RNase A(10mg/mL)至终浓度 30 μ g/mL，颠倒 25 次混匀，37 $^{\circ}$ C 温育 15 分钟去除残留 RNA，然后冷却回室温。
- 加入 1mL 蛋白沉淀液后，在涡旋振荡器上高速连续振荡混匀 25 秒。混匀后可能见到一些小的蛋白团块。
- 2,500xg (可根据需要调整加大离心力)离心 5 分钟。这时候应该可以见到管底暗褐色的蛋白沉淀，也可能见到一些蛋白沉淀漂浮在液体表面。
- 小心吸取上清(大约 3mL)到一个新的 15mL 离心管中。
注：吸取上清时，注意不要吸到管底的和漂浮在液体表面的蛋白沉淀。如果不小心将蛋白沉淀转入新的离心管中，可再次离心 2 分钟后取上清。
- 加入等体积的室温异丙醇(3mL)，轻柔颠倒 30 次混匀或者直到出现棉絮状(丝状)白色 DNA 沉淀。
- 2,000xg 离心 3 分钟，在管底可以见到白色的 DNA 沉淀块，倒弃上清。
- 加入 3mL 70%乙醇，颠倒几次漂洗 DNA 沉淀，2,000xg 离心 1 分钟，倒去上清(沉淀很松，注意不要把 DNA 沉淀倒掉了)，倒置后在吸水纸上轻敲几下以控干残留乙醇，还可以用枪头小心吸掉管底沉淀周围和管壁的残留乙醇，空气晾干沉淀几分钟。
注：不要干燥过头，否则 DNA 极其难溶；也不能残留太多乙醇，否则乙醇可能抑制下游如酶切反应。
- 加入 250 μ L 的 DNA 溶解液(如果需要浓度高，可根据需要减少 DNA 溶解液用量)重新水化溶解 DNA 沉淀，轻弹管壁混匀，可以放置在 65 $^{\circ}$ C 温育 30-60 分钟(不要超过一小时)，也可以在室温或者 4 $^{\circ}$ C 放置过夜来重新水化 DNA，中间不时的轻弹管壁帮助重新水化 DNA。
- DNA 可以存放在 2-8 $^{\circ}$ C，如果要长时间存放，可以放置在一 20 $^{\circ}$ C。

◆问题与解决方法:

问题	评论与建议
标本中含有血凝块	*不恰当的存放标本，未充分混匀，未使用合适的抗凝剂- 建议： 丢弃有血凝块的标本，重新用 EDTA,肝素，柠檬酸抗凝剂收集血液。
红细胞裂解不完全	*血液标本裂解前没有回复到室温- 建议： 处理前先把血液标本回复到室温。 *裂解时间不够- 建议： 可延长裂解时间至 15 分钟以上。 *没有充分混匀- 建议： 裂解过程中可以更多次颠倒混匀，或者轻弹管壁帮助裂解。

DNA 产量低	<p>*血液标本中本身含有的白细胞数量低-建议:增加起始血液处理量。</p> <p>*白细胞裂解不完全-建议:仔细阅读步骤 6 的操作要领。加入裂解液之前,必须剧烈涡旋振荡,打散重悬白细胞沉淀团块,否则很难裂解完全。如果是肝素抗凝的血样,白细胞团块很难打散,加入裂解液后应该在 65°C 温育帮助裂解直到看不见细胞团块。白细胞数量太大超出裂解能力,适当增加细胞核裂解液体积。</p> <p>*血液标本存放时间太长-建议:存放在 4°C 的血液标本超过 5 天的产量可能大大降低,因此不要存放太久。</p> <p>*DNA 沉淀在洗涤的时候丢失了-建议:异丙醇沉淀后用乙醇洗涤的过程中,倒弃上清的时候要格外小心,不要把 DNA 沉淀也倒掉了。</p>
DNA 长度 小于 20kb	<p>*血液样品太老或者不正确的存放,造成 DNA 降解-建议:选用新鲜的血液样品。</p> <p>*操作不当,造成对基因组 DNA 的剪切-建议:混匀轻柔,不可以用手剧烈振荡离心管,选用大口径的枪头转移或者混匀 DNA。</p>

问题	评论与建议
未见蛋白沉淀	<p>*加入蛋白沉淀液前,裂解混合物没有冷却回室温-建议:冷却至室温或者冰上放置 5 分钟后再加入蛋白沉淀液。</p> <p>*蛋白沉淀液没有和裂解混合物充分混匀-建议:应该连续高速涡旋振荡混匀 25 秒,涡旋并不会剪切断 DNA。</p>
$A_{260}/A_{280} < 1.6$	<p>*污染有蛋白质-建议:看看上述“未见蛋白沉淀”问题的评论与建议,确保蛋白通过沉淀去除。另外请参见步骤 10,防止蛋白污染。</p> <p>*测定吸光值时用水稀释 DNA 会降低 A_{260}/A_{280}-建议:使用 TE 缓冲液来稀释 DNA,保证 pH 值大于 8.0。</p>
DNA 沉淀难以重新溶解水化	<p>*晾干 DNA 沉淀时过度了-建议:晾干时密切观察,不要干燥过头,注意应该观察管底的 DNA 沉淀,有时候管壁上的残留乙醇已经挥发,但留下一些水分还没有干,只要管底 DNA 干了就可以加入 DNA 溶解液。可在 65°C 温育帮助重新溶解(不要超过一小时)然后室温或者 4°C 放置过夜,期间可以颠倒轻弹帮助溶解。</p>
下游酶切 切不开	<p>*DNA 未干燥完全,残留乙醇太多-建议:敞开离心管口,在 65°C 温育几分钟,让乙醇挥发。</p>



扫码关注我们